

BỘ Y TẾ
VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 189/VYTCC-QTVTCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2023

Xin báo giá hóa chất, vật tư
tiêu hao phục vụ kiểm nghiệm
nội độc tố năm 2023

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY

Viện Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh có nhu cầu báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ kiểm nghiệm nội độc tố năm 2023, cụ thể như sau:

- Danh mục hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ kiểm nghiệm nội độc tố năm 2023 và yêu cầu kỹ thuật theo phụ lục đính kèm.
- Một số điều kiện thanh toán:
 - + Thời gian thực hiện: 06 tháng
 - + Hình thức hợp đồng: Trọn gói
 - + Phương thức thanh toán: chuyển khoản

Kính đề nghị quý đơn vị có khả năng cung cấp trên gửi bản báo giá bản cứng về Phòng Tổ chức hành chính - Viện Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 159 Hưng Phú, P.8, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh. Thời gian nhận báo giá là 10 ngày kể từ ngày được đăng tải thông báo trên website: www.iph.org.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: K/P/TT thực hiện mua sắm.



Đặng Văn Chính



PHỤ LỤC

(Đính kèm công văn số: 489 /VYTCC-QTVTCD ngày 23 / 5 /2023)

T T	Tên hàng hóa	Quy cách	Đơn vị tính	Số Lượng	Yêu cầu kỹ thuật tham khảo	Ghi chú
1	Đầu côn 1000 µl	10 Hộp / Thùng	Thùng	20	* Đầu tip 1000 µl * Nồng độ nội độc tố: < 0.005 EU/ml * Được kiểm tra theo quy định của FDA cho vật tư, Dược điển Châu Âu (Ph. Eur) chương 2.6.14 method D * Được tiệt trùng theo EN 552 và ISO 11137 với độ tiệt trùng SAL 10-6 * Đóng gói: 96 cái / hộp; 10 hộp / thùng. - Hạn sử dụng: > 24 tháng.	
2	Đầu côn 200 µl	10 Hộp / Thùng	Thùng	20	* Đầu tip 200 µl * Nồng độ nội độc tố: < 0.005 EU/ml * Được kiểm tra theo quy định của FDA cho vật tư, Dược điển Châu Âu (Ph. Eur) chương 2.6.14 method D * Được tiệt trùng theo EN 552 và ISO 11137 với độ tiệt trùng SAL 10-6 * Đóng gói: 96 cái / hộp; 10 hộp / thùng - Hạn sử dụng: > 24 tháng.	
3	Kit xác định nội độc tố	192 Phản ứng / hộp	Hộp	32	* Kit chạy và phân tích được trên phần mềm WinKQCL * Phương pháp đo nội độc tố: Kinetic Chromogenic LAL Assay * Độ nhạy: 0.005 EU/ml * Đóng gói 1 hộp gồm: + 8 lọ lysate: 24 phản ứng / lọ (hoàn nguyên 2,6 ml dung dịch BET) + 30 ml x 3 lọ nước BET + 2 lọ nội độc tố chuẩn * Bảo quản: 2 - 8°C * Số lô lysat và số lô nội độc tố chuẩn (endotoxin) phải thực hiện được với nhau. Các hộp thuốc thử phải cùng lô. * Hạn sử dụng: > 24 tháng	
4	Máng đựng thuốc thử (Reservoirs)	10 Cái / Gói	Gói	20	* Máng đựng thuốc thử vừa vận với nhiều loại pipet đa kênh * Máng có 4 góc và hình đáy chữ V nhọn đảm bảo thu hồi lượng thuốc thử tối đa * Nồng độ nội độc tố: < 0.005 EU/ml * Đạt tiêu chuẩn ANSI/AAMI ST 72, USP <85> * Có bao zip để đóng lại sau khi sử dụng * Hạn sử dụng: > 24 tháng	
5	Ống tube pha loãng	30 Cái/ Gói	Gói	80	* Kích thước 13 x 100 mm * Nồng độ nội độc tố: < 0.005 EU/ml * Được làm từ thủy tinh USP type 1 , * Hạn sử dụng: > 24 tháng	
6	Ống tube phản ứng	50 Cái/ Gói	Gói	20	* Kích thước 10 x 75 mm * Nồng độ nội độc tố: < 0.005 EU/ml * Được làm từ thủy tinh USP type 1 , * Hạn sử dụng: > 24 tháng	